BỘ Y TẾ
VIỆN SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1511/TB-VSR

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp vật tư sử dụng trên hệ thống Elisa tự động và Kít ELISA cho Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Hiện nay, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư sử dụng trên hệ thống Elisa tự động và Kít ELISA cho Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương giai đoạn năm 2027-2028. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư sử dụng trên hệ thống Elisa tự động và Kít ELISA cho Bệnh viện Đặng Văn Ngữ giai đoạn năm 2027-2028.
- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư sử dụng trên hệ thống Elisa tự động và Kít ELISA cho Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

2. Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

- Tên yêu cầu báo giá: Cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
- Phân loại báo giá: Cung cấp vật tư xét nghiệm, hóa chất.
- Địa điểm thực hiện: Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: ThS. Vũ Thị Hà.
- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
- Số điện thoại: 0369573688.
- Địa chỉ: Số 34 đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.
- Emai: khthvsr@gmail.com.

4. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: https://muasamcong.mof.gov.vn.

- Địa điểm phát hành Yêu cầu báo giá: https://muasamcong.mof.gov.vn; http://nimpe.vn/; http://www.bvdangvanngu.com.

- Thời hạn tiếp nhận Báo giá: ..18../..11../2026 đến trước ..30.../..11../2026.

- Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

5. Yêu cầu báo giá

5.1. Danh mục, số lượng của hàng hóa:

13 TT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
I	**Vật tư tiêu hao tương thích với hệ thống xét nghiệm Elisa (Nhãn hiệu: SERION Immunomat, hãng sản xuất: Institut Virion\Serion GmbH\Đức)**		
1	Đầu tip 300 µl	Tip	953.344
2	Đầu tip 1.100 µl	Tip	44.955
3	Đĩa pha loãng mẫu bệnh phẩm	Giếng	653.908
II	**Kít ELISA**		
1	Kít ELISA kháng thể sán lá gan lớn	Hộp	142
2	Kít ELISA kháng thể giun đũa chó	Hộp	1.320
3	Kít ELISA kháng thể ấu trùng sán lợn	Hộp	26
4	Kít ELISA kháng thể giun lươn	Hộp	890
5	Kít ELISA kháng thể giun chỉ	Hộp	5
6	Kít ELISA kháng thể amip (Entamoeba histolytica)	Hộp	26
7	Kít ELISA kháng thể sán dây chó	Hộp	800
8	Kít ELISA kháng thể giun đầu gai	Hộp	210
9	Kít ELISA kháng thể sán lá phổi	Hộp	40
10	Kít ELISA kháng thể giun đũa	Hộp	10
11	Kít ELISA kháng thể sán máng	Hộp	15
12	Kít ELISA kháng thể giun xoắn	Hộp	15
13	Kít ELISA kháng thể sán lá gan nhỏ	Hộp	180
14	Kít ELISA kháng thể giun lươn não	Hộp	15

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của từng danh mục hàng hóa

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
I	**Vật tư tiêu hao tương thích với hệ thống xét nghiệm Elisa (Nhãn hiệu: SERION Immunomat, hãng sản xuất: Institut Virion\Serion GmbH\Đức)**	
1	Đầu tip 300 µl	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Mục đích sử dụng: Sử dụng được trên hệ thống xét nghiệm ELISA, nhãn hiệu: SERION Immunomat, hãng sản xuất:

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		Institut Virion\Serion GmbH\Đức. - Đầu tip: +Đầu tip dẫn điện. +Dung tích: 300 µl. +Vật liệu: Nhựa PP - Polypropylene. +Kích thước: Chiều dài: 55,0 mm, đồng tâm: ≤ 1,5. - Khay: +Vật liệu: Nhựa PC - Polycarbonate. + Kích thước: Chiều dài: 126,9 mm; chiều rộng: 88,4 mm. + Khay 96 vị trí gắn tip. - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. c) Yêu cầu khác: - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
2	Đầu tip 1.100 µl	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Mục đích sử dụng: Sử dụng được trên hệ thống xét nghiệm ELISA, nhãn hiệu: SERION Immunomat, hãng sản xuất: Institut Virion\Serion GmbH\Đức. - Đầu tip: +Đầu tip dẫn điện. +Dung tích: 1.100 µl. +Vật liệu: Nhựa PP - Polypropylene. +Kích thước: Chiều dài: 97,0 mm, đồng tâm: ≤ 1,5. - Khay: +Vật liệu: Nhựa PC - Polycarbonate. + Kích thước: Chiều dài: 126,9 mm; chiều rộng: 88,4 mm. + Khay 96 vị trí gắn tip. - Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. c) Yêu cầu khác: - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
3	Đĩa pha loãng mẫu bệnh phẩm	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Đĩa 96 giếng, chất liệu: Nhựa polystyrene, thể tích tối đa 323µl. - Quy cách: Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Sử dụng được trên hệ thống xét nghiệm ELISA, nhãn hiệu: SERION Immunomat, hãng sản xuất: Institut

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		Virion\Serion GmbH\Đức. c) Yêu cầu khác: - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
II	**Kít ELISA**	
1	Kít ELISA kháng thể sán lá gan lớn	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Fasciola trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 60 phút. - Độ nhạy: ≥ 95%. - Độ đặc hiệu: ≥ 95%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Fasciola và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
2	Kít ELISA kháng thể giun đũa chó	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Toxocara trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian ủ xét nghiệm ≤ 30 phút ở nhiệt độ ≤ 37^0 C. - Độ nhạy: ≥ 85%. - Độ đặc hiệu: ≥ 90%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Toxocara và các thành

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
3	Kít ELISA kháng thể ấu trùng sán lợn	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis (Taenia Solium) trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 30 phút. - Độ nhạy: ≥ 85%. - Độ đặc hiệu: ≥ 95%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Cysticercosis (Taenia Solium) và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
4	Kít ELISA kháng thể giun lươn	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 60 phút. - Độ nhạy: ≥ 95%. - Độ đặc hiệu: ≥ 95%. - Thành phần 1 bộ bao gồm:

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		+ Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Strongyloides Stercoralis và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
5	Kít ELISA kháng thể giun chỉ	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại, và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Filaria trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 60 phút. - Độ nhạy: ≥ 80%. - Độ đặc hiệu: ≥ 90%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Filaria và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
6	Kít ELISA kháng thể amip (Entamoeba histolytica)	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại, và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Entamoeba histolytica trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 30 phút. - Độ nhạy: ≥ 95%. - Độ đặc hiệu: ≥ 95%.

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		- Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Entamoeba histolytica và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
7	Kít ELISA kháng thể sán dây chó	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian ủ xét nghiệm ≤ 30 phút ở nhiệt độ ≤ 37^0 C. - Độ nhạy: ≥ 90%. - Độ đặc hiệu: ≥ 90%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Echinococcus và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
8	Kít ELISA kháng thể giun đầu gai	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 17025-9001 hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại, và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Gnathostoma trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian ủ xét nghiệm ≤ 60 phút ở nhiệt độ ≤ 37^0C. - Độ nhạy: ≥ 90%.

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		- Độ đặc hiệu: ≥ 95%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Gnathostoma và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng cỏ tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
9	Kít ELISA kháng thể sán lá phổi	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Paragonimus trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 60 phút. - Độ nhạy: ≥ 95%. - Độ đặc hiệu: ≥ 95%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Paragonimus và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
10	Kít ELISA kháng thể giun đũa	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Ascaris trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian ủ xét nghiệm ≤ 75 phút ở nhiệt độ ≤ 37 độ C. - Độ nhạy: ≥ 90%.

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		- Độ đặc hiệu: ≥ 90%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Ascaris và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
11	Kít ELISA kháng thể sán máng	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Schistosoma trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 30 phút. - Độ nhạy: ≥ 95%. - Độ đặc hiệu: ≥ 85%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Schistosoma và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
12	Kít ELISA kháng thể giun xoắn	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Trichinella trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian ủ xét nghiệm ≤ 75 phút ở nhiệt độ ≤ 37^0 C. - Độ nhạy: ≥ 95%.

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		- Độ đặc hiệu: ≥ 95%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Trichinella và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
13	Kít ELISA kháng thể sán lá gan nhỏ	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại, và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Clonorchis trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 55 phút. - Độ nhạy: ≥ 95%. - Độ đặc hiệu: ≥ 90%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Clonorchis và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.
14	Kít ELISA kháng thể giun lươn não	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương. - Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận hợp pháp là sản phẩm thương mại, và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit). b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể - Bán định lượng kháng thể hoặc định tính kháng thể IgG kháng Angiostrongylus trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 60 phút. - Độ nhạy: ≥ 90%.

STT	Danh mục	Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
		- Độ đặc hiệu: ≥ 90%. - Thành phần 1 bộ bao gồm: + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Angiostrongylus và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bẻ rời. c) Yêu cầu khác - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang https://muasamcong.mof.gov.vn;
- Trang http://nimpe.vn/;
- Trang http://www.bvdangvanngu.com;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

VIỆN SỐT RÉT KÝ SINH TRÙNG CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG

Ngô Hoàng Long