

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa.

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. Vũ Thị Hà, chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính; Số điện thoại: 0369573688.
- Cách thức gửi báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
- Địa điểm nhận báo giá: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương (văn thư viện). Địa chỉ: số 34 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 38543857.
- Thời hạn nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2025 đến 17 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2025.
Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ký.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá:

- Danh mục hàng hóa:** Phụ lục kèm theo.
- Hồ sơ báo giá hợp lệ:** Báo giá phải có đầy đủ thông tin: Đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí giao hàng đến Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hóa:** Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
- Thời gian giao hàng dự kiến:** Tháng 2 năm 2025.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán:** Không tạm ứng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website của Viện, Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Trần Quang Phục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo số 53/VSR-KHTH ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Viện trưởng, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương)

TT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng mua	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc	Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Nihon Kohden Celltac F. Quy định hạn dùng: + Hạn dùng tối thiểu còn 45 ngày kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ ≤ 03 tháng. + Hạn dùng tối thiểu còn 04 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ ≤ 12 tháng. + Hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ > 12 tháng đến 18 tháng. 1. Tiêu chuẩn chung: - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Đạt chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể: - Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học. - Trạng thái vật lí: Chất lỏng. - Độ pH: 10 đến 13. - Tính tan: Tan trong nước. - Thành phần hoạt chất: Sodium hypoclorit. - Thùng ≥ 5 lít. 3. Yêu cầu khác: - Cam kết khi giao hàng có chứng nhận phân tích (CoA), có tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.	Thùng	01		
2	Dung dịch rửa	Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter AU680. Quy định về hạn dùng: + Hạn dùng tối thiểu còn 3 tháng kể từ khi nhận hàng đối	Can	02		

		<p>với hàng hóa có tuổi thọ từ ≤ 12 tháng.</p> <p>+ Hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ trên 12 tháng đến 24 tháng.</p> <p>+ Hạn dùng tối thiểu còn 12 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ > 24 tháng.</p> <p>1. Tiêu chuẩn chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Đạt chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. <p>2. Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung dịch rửa hệ thống. - Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% - Can ≥ 5 lít <p>3. Yêu cầu khác:</p> <p>Cam kết khi giao hàng có chứng nhận phân tích (CoA), có tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</p>				
3	Chất rửa dùng cho các xét nghiệm miễn dịch	<p>Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas e411.</p> <p>Quy định về hạn dùng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tối thiểu còn 12 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 36 tháng trở lên. + Tối thiểu còn 08 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng. + Tối thiểu còn 06 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng. + Tối thiểu còn 05 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng. + Tối thiểu còn 03 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng dưới 12 tháng. <p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới chưa qua sử dụng - Đạt chứng chỉ ISO 13485; CE 	Thùng	14		



	<p>hoặc tương đương.</p> <p>b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể Thành phần: Dung dịch muối KOH nồng độ 176 mmol/l (tương ứng với pH 13,2); chất tẩy $\leq 1\%$.</p> <p>- Quy cách: Thùng ≥ 2.280 ml</p> <p>c) Yêu cầu khác</p> <p>- Cam kết khi giao hàng có chứng nhận phân tích (CoA), có tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</p>				

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Trần Quang Phục

