

Số: 206/BV-KHTC  
Về yêu cầu báo giá hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. Vũ Thị Hà, chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính; Số điện thoại: 0369573688; Địa chỉ email: vuthuha127@gmail.com.
- Cách thức gửi báo giá: \_\_\_\_\_
  - Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
- Địa điểm nhận báo giá:
  - Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Địa chỉ: số 245 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38543857 – 0986370968
- Thời hạn nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 17 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2023.  
Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu của báo giá:

TT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Que thử nước tiểu 10 thông tương thích với máy Siemens	a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"><li>Hàng mới chưa qua sử dụng.</li><li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</li><li>Có chứng nhận FDA hoặc tương đương.</li><li>Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li></ul> b) Tiêu chuẩn cụ thể:	Test	5.000



TT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		<p>- Sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Clinitek Status®+ Siemens</p> <p>Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, LeukoCytes, SG.</p> <p>- Dải đo của các chỉ số:</p> <p>Protein: 15 - 30 mg/dl albumin</p> <p>Blood: 0,015 - 0,062 mg/dl hemoglobin</p> <p>LeukoCytes: 5 - 15 tế bào bạch cầu</p> <p>Nitrite: 0,06 - 0,1 mg/dl nitrite ion.</p> <p>Glucose: 75 - 125 mg/dl glucose</p> <p>Ketone: 5 - 10 mg/dl acetoacetic acid</p> <p>pH: 4,6 - 8,0</p> <p>SG: 1,001 – 1,035</p> <p>Bilirubin: 0,4 – 0,8 mg/dl bilirubin</p> <p>Urobilinogen: 0,2 EU/dl.</p> <p>Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất c) Yêu cầu khác</p> <p>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</p>		

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng trên Website của Viện, Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Phục**

